

Cert003

Certificat de conformité d'échantillon d'essai
Certificado de conformidad de muestra de test

Konformitäts bescheinigung für Testteil
Conformiteitscertificaat voor testdelen

Test Sample Details / Détails d'échantillon d'essai / Angaben zum Testteil – Detalles de la muestra de test / Gegevens van testdeel

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Material: Stainless Steel, Density: 8.027 g/cm ³ | Ball Diameter: 1.0 mm | Cert No: 281023B |
| Material: Stainless Steel, Density: 8.027 g/cm ³ | Ball Diameter: 1.2 mm | Cert No: 276642A |
| Material: Stainless Steel, Density: 8.027 g/cm ³ | Ball Diameter: 1.5 mm | Cert No: 279245A |
| Material: Borosilicate Low Mineral Glass | Ball Diameter: 2.0 mm | Cert No: 1677-3 |
| Material: Borosilicate Low Mineral Glass | Ball Diameter: 2.5 mm | Cert No: 1930045 |

Mettler Toledo Safeline hereby declares the following:

Test samples with the above Ref. No. contain the stated precision ball bearings and were manufactured in accordance with the above standards.
Test samples were assembled and tested in accordance with our accredited ISO 9001:2015 certified management system procedures.

Mettler Toledo Safeline declare par la présente que

Les échantillons d'essai portant les numéros de Ref ci-dessus contiennent les billes de précision fabriquées conformément aux normes ci-dessus
Les échantillons d'essai ont été assemblés et fabriqués conformément aux procédures de notre système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015

Mettler Toledo Safeline erklärt hiermit folgendes

Testteile mit der o.g. Ref.-Nr. enthalten die spezifizierten Präzisionskugeln und wurden in Übereinstimmung mit den o.g. Normen gefertigt
Die Testteile wurden gemäß unseres nach ISO 9001:2015 zertifizierten Managementsystems gefertigt und getestet

Mettler Toledo Safeline declara por la presente lo siguiente

Las muestras de test identificadas con el número de referencia indicado arriba contienen los cojinetes esféricos de precisión mencionados y se fabricaron conforme a las normas citadas arriba. Las muestras de test se reunieron y se probaron conforme a los procedimientos acreditados de nuestro sistema de gestión certificado ISO 9001:2015.

Mettler Toledo Safeline verklaart hierbij het volgende

Testdelen met het bovengenoemde referentienummer bevatten de vermelde precisiekogellagers en zijn geproduceerd in overstemming met de bovengenoemde standaarden. De testdelen zijn gemonteerd en getest in overeenstemming met onze geaccrediteerde ISO 9001:2015 gecertificeerde managementsysteem procedures.

Signed on behalf of Mettler Toledo X-ray Ltd

Signé pour le compte de Mettler Toledo X-ray Ltd
Unterzeichnet im Auftrag von Mettler Toledo X-ray Ltd
Firmado en nombre de Mettler Toledo X-ray Ltd
Ondertekend namens Mettler Toledo X-ray Ltd



Stuart Martin
Quality & EHS Manager

Quality Manager
Responsable qualité
Quality Manager
Responsable de Calidad
Kwaliteit Manager

Issue Date 27/9/2022